

医学院货物、服务类比价项目公告

一、项目基本情况

申购编号：202300592

项目名称：全自动高压灭菌锅

预算金额：60500 元（人民币）

采购需求：

序号	项目名称	数量	技术参数（服务要求）简述	交货期（服务开始时间）	交货地点（服务地点）
1	全自动高压灭菌锅	1	实验室需求需要用到对实验室分析测试样品消毒灭菌， * 1. 操作温度范围：灭菌：≥105 摄氏度(0.019MPa to 0.212Mpa) 加热：≥45 摄氏度 (0 to 0.015Mpa) 保温：≥45 摄氏度 * 2. 操作压力：≥0.263MPa * 3. 加热装置：≥2.0 kW 电加热器 4. 安全装置：液位传感器, 漏电保护, 盖子互锁, 过热保护, 在超压保护, 温度传感器监测, 安全阀 5. 时间：灭菌/加热：1 -99 小时, 1 — 999 分钟（设置：0:01 to 9:59/10 to 99） 6. 保温：可设置≥1 小时/固定到 4 小时 * 7. 高压灭菌器锅内容积：有效容积：≥50 L 内部容积：≥58 L 用于各大实验室，分子生物学等实验室，培养皿，培养基，消耗品等的消毒，灭菌，以及特殊样品的高压消解。 工作条件：环境温度 10-35℃室温 湿度最高可达 30-85% 230V(+10%或-10%)，50Hz(+1 或-1)电源条件下	合同签订后 <u>30</u> 天内	上海交通大学医学院老红楼 3 楼

付款方式：验收合格后一次性支付

质保期/服务终止时间：≥ 1 年

二、申请人的资格要求：

- （1）供应商具有独立承担民事责任的能力；
- （2）供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）在经营活动中没有重大违法记录。

三、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

四、文件提交

1、现场提交：上海市重庆南路 227 号 4 舍 321

2、电子邮件：yuangqing025@126.com

3、截止时间：2023-10-19

五、对本次比选提出询问，请按以下方式联系

名 称：上海交通大学医学院

项目联系人：袁老师、王老师 联系方式：63846590-776214、776946