

## 医学院货物、服务类比价项目公告

### 一、项目基本情况

申购编号：202300113

项目名称：电导率仪

预算金额：171500 元（人民币）

采购需求：

序号	项目名称	数量	技术参数（服务要求）简述	交货期（服务开始时间）	交货地点（服务地点）
1	电导率仪	7	<b>一、技术参数</b> 测量 pH、mV/ORP 和离子的通用仪器 pH 测量范围：-2.000 至 20.000 pH 分辨率 pH 分辨率：用户可定义的： 0.001 / 0.01 / 0.1 相对 pH 精度 $\pm$ 0.002	合同签订后 <u>60</u> 天内	用户指定地点

			温度范围 ° C : MTC: -30.0 至 130.0 ATC:-5.0 至 130.0  温度精度° C : ± 0.1  显示器: TFT 颜色 4.3 英寸  离子浓度范围: 1.00E-9 至 9.99E+9  离子浓度精度+/- 0.5%		

付款方式: 验收合格后一次性支付

质保期/服务终止时间: 验收合格后一年

**二、申请人的资格要求:**

- (1) 供应商具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 在经营活动中没有重大违法记录。

### 三、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

### 四、文件提交

- 1、现场提交：上海市重庆南路 227 号 4 舍 321
- 2、电子邮件：[yuaqing025@126.com](mailto:yuaqing025@126.com)
- 3、截止时间：2023-3-31

### 六、对本次比选提出询问，请按以下方式联系

名 称：上海交通大学医学院

项目联系人： 袁老师、蔡老师

联系方式： 63846590-776214、776465