

医学院货物、服务类比价项目公告

一、项目基本情况

申购编号：202300237

项目名称： 细胞自动计数仪等一批设备

预算金额： 108000.00 元（人民币）

采购需求：

序号	项目名称	数量	技术参数（服务要求）简述	交货期（服务开始时间）	交货地点（服务地点）
1	细胞自动计数仪	1	细胞直径范围 2-180 μ m 类器官直径范围 $\leq$ 800 μ m 深度范围 1 $\times$ 10 ⁴ -3 $\times$ 10 ⁷ cells/ml 测量直径范围 2 μ m~180 μ m 浓度范围 1 $\times$ 10 ⁴ ~ 3 $\times$ 10 ⁷ /mL 光学放大 5-8 倍 成像元件 500 万像素 CMOS 相机 USB 2*USB 2.0 (仅支持	合同签订后 <u>7</u> 天内	上海交通大学医学院 西区五-5 楼

			FAT32 格式的外置存储器) 内置储存 128G 电源 110 - 230 V/AC, 50/60Hz 屏幕 8 英寸 重量 4kg 显示屏分辨率 1280*800 尺寸 (W×D×H) 240*220*285mm		
2	振荡金属浴	1	功能: 加热,混匀 温度控制范围[℃] 最低: 高于室温 5℃ 最高: 100℃ 温度可设定范围 [℃] 15℃/100℃ 温度控制精度[20 - 45℃] ± 0.5℃ 温度均一性[20 - 45℃] ± 0.5℃ 最大加热速率 [℃/分] 5.5 调速范围 [rpm]	合同签订后 <u>7</u> 天内	上海交通大学医学院 西区五-5 楼

			200–1500 混匀直径 [mm] 3 显示屏规格 LCD 最大编程数量 9 输入电压 100-240V, 50Hz/60Hz 功率 200 W 时间设置范围 1min~99h59min 尺寸[长×宽×高 mm] 200×235×120 工作环境温度 5~40℃ 工作环境湿度 80%		
3	荧光计	1	动态范围 5 个量级 处理时间<5 秒/样本 光源 蓝色 LED（峰值 ~470 nm）	合同签订后 <u>7</u> 天内	上海交通大学医学院 西区五-5 楼

		红色 LED（峰值 ~635 nm） 激发滤光片 蓝色 LED (430-495 nm) 红色 LED (600 – 645 nm) 发射滤光片 绿色 (510-580 nm) 红色 (665-720 nm) 检测器 光 电 二 极 管： 测 量 能 力 300-1,000 nm 校准类型 2 或 3 点标样 样品池 容纳一个 Qubit 检测管 样品管类型 Qubit 检测管 预热时间<35 秒 样本数据储存 1,000 个样本		
--	--	--	--	--

付款方式：验收合格后一次性支付

质保期/服务终止时间：≥ 2 年

二、申请人的资格要求：

- （1）供应商具有独立承担民事责任的能力；
- （2）供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）在经营活动中没有重大违法记录。

三、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

四、文件提交

- 1、现场提交：上海市重庆南路 227 号 4 舍 321
- 2、电子邮件：yuanqing025@126.com
- 3、截止时间：2023-4-24

五、对本次比选提出询问，请按以下方式联系

名 称：上海交通大学医学院

项目联系人：袁老师 、 费老师 联系方式：63846590-776214 、 776984