

医学院货物、服务类比价项目公告

一、项目基本情况

申购编号：202300401

项目名称：可见分光光度计

预算金额：6000 元（人民币）

采购需求：

序号	项目名称	数量	技术参数（服务要求）简述	交货期（服务开始时间）	交货地点（服务地点）
1	可见分光光度计	2 台	1、检测器： 进口光电池 2、波长范围： 340nm ~ 1000nm 3、波长最大允许误差： $\pm 2\text{nm}$ 4、波长重复性： $\leq 1\text{nm}$ 5、透射比最大允许误差： $\pm 0.5\% (T)$ 6、透射比重复性： $\leq 0.3\% (T)$ 7、光谱带宽： 6nm 8、杂散光： $\leq 0.5\% (T)$ (在 360nm 处，以 NaNO_2 测定) 9、光度范围： 0.0 ~ 199.9% T -0.3 ~ 2.999A	合同签订后__15__天内	

			0.000 ~ 9999C 10、光度准确度： $\pm 0.5\%T$ $\pm 0.004Abs$ （0 ~ 0.5A） $\pm 0.008Abs$ （0.5 ~ 1A） 11、光度重复性： $\leq 0.3\%T$ 0.002Abs（0 ~ 0.5A） 0.004Abs（0.5 ~ 1 A）		

付款方式：验收合格后一次性支付

质保期/服务终止时间：≥__1__年

二、申请人的资格要求：

- （1）供应商具有独立承担民事责任的能力；
- （2）供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 在经营活动中没有重大违法记录。

三、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

四、文件提交

1、现场提交：上海市重庆南路 227 号 4 舍 321

2、电子邮件：yuangqing025@126.com

3、截止时间：2023-6-13

五、对本次比选提出询问，请按以下方式联系

名 称：上海交通大学医学院

项目联系人：袁老师、闫老师 联系方式：63846590-776214、776156