

医学院货物、服务类比价项目公告

一、项目基本情况

申购编号：202300206 202300218 202300219 202300220

项目名称： 高分辨率显微成像系统、培养箱、离心机、小型冷冻离心机

预算金额：88500 元，51900 元，70680 元，88352 元（人民币）

采购需求：

序号	项目名称	数量	技术参数（服务要求）简述	交货期（服务开始时间）	交货地点（服务地点）
1	高分辨率显微成像系统	1	*1 最大有效像素：5760 × 3600 2 芯片大小：≥1/1.2 英寸 3 像素大小：5.86 μm×5.86 μm 4 芯片类型：单芯片彩色 CMOS (支持像素位移)	免税证明发放后 90 天内	西四-213

			5 像素融合：支持 2x2 6 帧率：最大值$\geq 60\text{fps}$ *7 制冷系统：Peltier 制冷 *8 附带软件，支持位置导航 9 全局快门 10 自动白平衡：支持 11 相机接口：标准 C 接口 12 成像软件 可控制相机进行 图像实时预览、拍照、图像处理 和分析统计。软件内包含有单荧 光通道图片色彩合成、样品的大 图拼接、实时景深拓展等实用功 能，也提供有常规几何测量、灰		
--	--	--	--	--	--

			度强度曲线等工具		
2	培养箱	1	1. 体积：184L； 2. 水套式设计，保温效果更佳； 3. 内置 Hepa，保证腔体内空气洁净度； 不锈钢水盘设计，便于换水和消毒。	免税证明发放后 90 天内	西四-213
3	离心机	1	1.温度范围：-10 度到 42 度； 2.最大容量：≥4x50ml； 3.最大离心力：≥24328xg； 4.转头自锁。	免税证明发放后 90 天内	西四-213
4	小型冷冻离心机	2	1.最大容量：≥24x1.5/2.0ml； 2.最大转速：≥13300rpm；		西四-213

			3.最大离心力：≥17000g； 4.温度范围：-10 度到 40 度。		
--	--	--	---	--	--

付款方式：80%前期 LC，20%验收合格后 TT 或送货后 80%TT,验收合格后 20%TT（二选一）

质保期/服务终止时间：质保期≥1 年

二、申请人的资格要求：

- （1）供应商具有独立承担民事责任的能力；
- （2）供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）在经营活动中没有重大违法记录。

三、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

四、文件提交

1、现场提交：上海市重庆南路 227 号 4 舍 321

2、电子邮件：1610567098@qq.com

六、对本次比选提出询问，请按以下方式联系

名 称：上海交通大学医学院

项目联系人： 徐老师 杨老师

联系方式：63846590*776214 63846590*776463