

医学院货物、服务类比价项目公告

一、项目基本情况

申购编号：202300655&202300656

项目名称：PCR 仪&微孔板洗板机

预算金额：165000 元&197100 元（人民币）

采购需求：

序号	项目名称	数量	技术参数（服务要求）简述	交货期（服务开始时间）	交货地点（服务地点）
1	PCR 仪	3	1、通用样品槽，无需更换模块，适用 0.1ml/0.2ml PCR 管、0.5ml PCR 管、8 联管及 96 孔 PCR 板。 2、升降温速率（铝槽）：升温 3℃/秒，降温 2℃/秒。 3、模块温控范围：4—99℃。 4、温控精确度：±0.2℃。 5、温度均一性：20-72℃时 ≤±0.3℃；95℃时 ≤±0.4℃。 6、SteadySlope 梯度技术，12 列温度梯度，梯度范围 1-20℃。	免税证明发放后 90 天内	重庆南路 280 号 5-901

2	微孔板洗板机	1	1.1 分析方法：常规 ELISA、基于微球的 ELISA 分析、聚乙烯微球法、磁珠法、多重分析、基于细胞学的分析、真空抽滤、废液处理。 1.2 浸泡时间：≤ 60 分钟。 1.3 震荡：≤ 60 分钟，强度至少包含低、中、高、可变 4 档可选。 1.4 自动化：配置微孔板储板器整合，可自动处理≥30 块标准板。 1.5 预置洗板程序，ELISA、磁板清洗、细胞清洗、滤板清洗及真空抽滤。	免税证明发放后 90 天内	重庆南路 280 号 5-901
---	--------	---	---	---------------	------------------

付款方式：80%前期 LC，20%验收合格后 TT 或送货后 80%TT,验收合格后 20%TT（二选一）

质保期/服务终止时间：质保期≥1 年

二、申请人的资格要求：

- （1）供应商具有独立承担民事责任的能力；
- （2）供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 在经营活动中没有重大违法记录。

三、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

四、文件提交

1、现场提交：上海市重庆南路 227 号 4 舍 321

2、电子邮件：1610567098@qq.com

六、对本次比选提出询问，请按以下方式联系

名 称：上海交通大学医学院

项目联系人： 徐老师 欧阳老师

联系方式：63846590*776214 776736