

医学院货物、服务类比价项目公告

一、项目基本情况

申购编号：202300708

项目名称：水浴锅等设备一批

预算金额：42000 元（人民币）

采购需求：

序号	项目名称	数量	技术参数（服务要求）简述	交货期（服务开始时间）	交货地点（服务地点）
1	水浴锅	6	温度：5℃到 100℃. 温度差≤±0.05. 外部尺寸 W*L/H≤40*57.2*37/cm 内部尺寸 W*L/D≤27*45/14/cm 容量≥20L	合同签订后__30_天内	西 4 号楼 4 层
2	超声波清洗机	1	外形尺寸≤320*174*350mm	合同签订后__30_天内	西 4 号楼 4 层

			内槽尺寸≤300*150*150mm 容量≥6L		
3	真空泵	1	真空度≤670mmHg 抽速≥20L/min 吸力吸速是否可调：可 调节方式：无级旋钮 吸液瓶容量≥5000ml	合同签订后__30_天内	西 4 号楼 4 层
4	掌上离心机	2	转速≥8000 转 / 分 离心力≥3000g 标准配置： 1.5/2ml×8 微量离心管转头 0.2ml×8×4PCR 管转头 0.5ml×8 适配器	合同签订后__30_天内	西 4 号楼 4 层

			0.2ml×8 适配器		
5	漩涡混合器	1	转速 功率：200-2800 转/分 30W 具有连续、点触、调速三大特点; 从约 200 转/分钟 ~ 2800 转/分 钟注意调节;	合同签订后__30_天内	西 4 号楼 4 层
6	加热磁力搅拌器	1	最大加热功率≥350W 转速≥100-1200rpm 最大搅拌面积≥6L 加热温度：室温 300℃	合同签订后__30_天内	西 4 号楼 4 层
7	烘箱	1	控温范围：室温+5~200℃ 定时范围：0~999min 容积≥76L 内胆尺寸≤450×380×450mm	合同签订后__30_天内	西 4 号楼 4 层

			外形尺寸≤740×605×605mm		
--	--	--	--------------------	--	--

付款方式：验收合格后一次性支付

质保期/服务终止时间：≥_1_年

二、申请人的资格要求：

- （1）供应商具有独立承担民事责任的能力；
- （2）供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）在经营活动中没有重大违法记录。

三、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

四、文件提交

1、现场提交：上海市重庆南路 227 号 4 舍 321

2、电子邮件：yuanqing025@126.com

3、截止时间：2023-11-7

五、对本次比选提出询问，请按以下方式联系

名 称：上海交通大学医学院

项目联系人：袁老师、黄老师 联系方式：63846590-776214、776535